

**Relatório de Manutenção Preventiva**

**Cliente:** Hospital Prime LTDA

**Equipamento:** SHAVER

**Marca:** LINVATEC

**Modelo:** D3000

**S/N:** XXXXXXXXX

**OS:** Externa

**Data da manutenção:** .10/2022

**Data da próxima manutenção:** .10/2023

**Check List de inspeção [C] Conforme - [NC] Não Conforme**

C	NC	Itens	C	NC	Itens
x		Gabinete em bom estado de conservação?	x		Limpeza externa satisfatória?
x		Painel em bom estado de conservação?	x		teste em 127 V ? ( x ) tensão do equipamento
x		Limpeza interna em bom estado?	x		teste em 220 V ? ( x ) tensão do equipamento
x		Componentes internos em bom estado de conservação?	x		teste de toque na tela.
x		Conexões internas em bom estado de conservação?	x		Teste contínuo de funcionamento (ligado)
x		Cabo de força em bom estado de funcionamento?	x		teste de potência condiz com o especificado ?
x		Conectores em bom estado de funcionamento?	x		Fuzíveis condizem com o especificado?
x		Torneira de irrigação em bom estado de funcionamento?	x		Comando de mão ok ?
x		Chaves e controles em bom estado de funcionamento?	x		pedal e comando de pedal ok ?
x		Indicadores do painel em bom estado de funcionamento?			
x		identificação de lamina ok ?			

**OBSERVAÇÕES E PARECER TÉCNICO:**

C NC

X

**EQUIPAMENTO CONFORME PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO**

**EQUIPAMENTO : APROVADO**

André Luiz de Paula Deserto  
Técnico em eletrônica  
Reg. SP - 995169-1

TÉCNICO EXECUTOR

Valter Mateus de Paula Deserto  
CFT-BR  
Nº 217567098-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO